

EMOFILTRI



CONNESSIONE LUER LOCK FEMMINA

	DP03HE	DP07HE	DP09HE	DP12HE	DP15HE
Uso previsto	Pediatrico	Adulto			
Materiale della fibra cava	HIGH FLUX PUREMA®				
Area della membrana (m ²)	0.3	0.7	0.9	1.2	1.5
Spessore della parete della fibra (µm)	30				
Diametro interno dell' housing (mm)	24	38			
Volume di priming (ml)	21	49	57	75	87
Max TMP (mmHg)	600				
Materiale del potting	Poliuretano				
Materiale di housing e ghiere	Copoliestere	Policarbonato (PC)			
Connettori sangue	Twist Lock				
Connettori effluente	Luer Lock Femmina				
Coefficiente di ultrafiltrazione ** (ml/h/mmHg)	9	21	27	36	45
Sterilizzazione	ETO - Raggi Beta				
Validità della sterilizzazione	3 anni				
Codice del prodotto ETO	M03912	M03913	M03893	M03895	M03897
Codice del prodotto raggi Beta	M03915	M03916	M03901	M03903	M03905
Quantità per confezione	10	6			

CONNESSIONE HANSEN

	DP60HE	DP120HE	DP150HE	DP190HE	DP230HE
Uso previsto	Adulto				
Materiale della fibra cava	HIGH FLUX PUREMA®				
Area della membrana (m ²)	0.6	1.2	1.5	1.9	2.3
Spessore della parete della fibra (µm)	30				
Diametro interno dell' housing (mm)	32		36	40	44
Volume di priming (ml)	39	69	87	115	133
Max TMP (mmHg)	600				
Materiale del potting	Poliuretano				
Materiale di housing e ghiere	Policarbonato (PC)				
Connettori sangue	Twist Lock				
Connettori effluente	Hansen				
Coefficiente di ultrafiltrazione ** (ml/h/mmHg)	18	36	45	57	69
Sterilizzazione	ETO - Raggi Beta				
Validità della sterilizzazione	3 anni				
Codice del prodotto ETO	M03892	M03894	M03896	M03898	M03899
Codice del prodotto raggi Beta	M03900	M03902	M03904	M03906	M03907
Quantità per confezione	10	28		20	
DEPH free Latex free					

**Test eseguiti secondo ISO8637 su sangue bovino, Hct 32 ± 3%, TP = 60 ± 5 gr/L

**kUf max ottenuto per PUREMA® H (ml/h/mmHg/mq)

Distribuito da



Spindial S.p.A.
Strada Nazionale, 18
43044, Lemignano di Collecchio
(Parma), Italia
Tel: +39 0521 339611
Fax: +39 0521 339600

PRODUTTORE
MEDICA
SEAMLESS INNOVATION FOR LIFE QUALITY

MEDICA S.p.A.
Via degli Artigiani, 7
41036, Medolla (Modena)
Italia

Phone +39 0535 51159
Fax + 39 0535 52605
info@medica-spa.com
www.medica-spa.com

CE 0476
UNI EN ISO 9001:2015
UNI CEI EN ISO 13485:2021